
PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - MUNICÍPIO DE VIRADOURO-SP PREGÃO ELETRÔNICO 034/2021

PREGÃO VIRADOURO <pregao.viradouro@gmail.com>

13 de julho de 2021 07:29

Para: Anneliza Argon <anneliza.argon@medlevensohn.com.br>

Cc: Alinny Rafalsky <alinny@medlevensohn.com.br>, renatopignatari@gmail.com, Ana Targa <ana-targa@uol.com.br>, lefran net <lefran.net@terra.com.br>, manael wellington <manael.wellington@medlevensohn.com.br>, thaina@medlevensohn.com.br, victoria menezes <victoria.menezes@medlevensohn.com.br>, mariana neves <mariana.neves@medlevensohn.com.br>, tulio oliveira <tulio.oliveira@medlevensohn.com.br>, bruno targa <bruno.targa@medlevensohn.com.br>, samuel berteli <samuel.berteli@gmail.com>

Bom dia!

Em resposta aos pedidos de esclarecimento informo que o elencado nos itens 1 e 2 estão contemplados no edital. Quanto ao item 3, no momento, o setor solicitante não vislumbra a necessidade deste requisito. Já no questionamento do item 4, entendemos que, por se tratar de um teste rápido, o máximo aceitável seria 20 minutos para o resultado, caso contrário se tornaria um teste comum.

Atenciosamente,

Gabriel Perrone
Pregoeiro designado

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Prefeitura Municipal de Viradouro/SP***Divisão de Licitações***

Praça Major Manoel Joaquim, 349

Centro – Viradouro/SP

CEP: 14.740-000

(17) 3392 8800

Esta mensagem pode conter informação confidencial ou privilegiada, sendo seu sigilo protegido por lei. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não pode usar, copiar ou divulgar as informações nela contidas ou tomar qualquer ação baseada nessas informações. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, avise imediatamente ao remetente, respondendo o e-mail e em seguida apague-a. Agradecemos sua cooperação.